

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o  
spółka prowadząca  
SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE  
ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna  
e-mail: [zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl](mailto:zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl)  
[www.szpital.powiat.pszczyna.pl](http://www.szpital.powiat.pszczyna.pl)  
tel.: 32 214 83 01  
fax: 32 214 83 02

**WYKONAWCY  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO-  
ZP/SP/20/2018**

**PYTANIA, WYJAŚNIENIA,**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE.

Zamawiający Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółka prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza na stronie internetowej [www.szpital.powiat.pszczyna.pl](http://www.szpital.powiat.pszczyna.pl) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytań.

**Pytania dot. Pakietu nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 rękawic nitrylowych zgodnych z normą EN 374 - 1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Rękawice, które chcemy Państwu zaoferować są rękawicami bardzo wysokiej jakości, o wysokiej odporności chemicznej w zakresie przebadanych substancji. Zostały one przebadane na jedną substancję z załącznika A (EN 374-1):

40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom.

Ponadto oferowane rękawice osiągają najwyższy 6 poziom dla 9 substancji chemicznych stosowanych najczęściej jako składniki środków dezynfekcyjnych:

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

1,5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

5% Bromek etyldyny >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

4% Glutaraldehyd >480 min / 6 poziom

3% Nadtlenek wodoru >480 min / 6 poziom

4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom

70% izopropanol >10 min/1 poziom

10% kwas octowy >60 min / 3 poziom

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 rękawic nitrylowych zgodnych z normą EN 374 - 1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3.

Rękawice, które chcemy Państwu zaoferować są rękawicami bardzo wysokiej jakości, o wysokiej odporności chemicznej w zakresie przebadanych substancji. Zostały one przebadane na jedną substancję z załącznika A (EN 374-1):

40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom.

Ponadto oferowane rękawice osiągają najwyższy 6 poziom dla 9 substancji chemicznych stosowanych najczęściej jako składniki środków dezynfekcyjnych:

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

1,5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

5% Bromek etydydy >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

4% Glutaraldehyd >480 min / 6 poziom

3% Nadtlenek wodoru >480 min / 6 poziom

4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom

70% izopropanol >10 min/1 poziom

10% kwas octowy >60 min / 3 poziom

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 rękawic nitrylowych w opakowaniach a'200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań

#### **Wyjaśnienia**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 rękawice nitrylowe w opakowaniach a'200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. Pozostałe zapisy bez zmian.

#### **Pytania dot. Pakietu nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 rękawic chirurgicznych zgodnych z normą EN 374 -1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3, posiadające średnią siłę zrywu: przed starzeniem min 15N. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe nie chlorowane, posiadające średnią siłę zrywu przed starzeniem min. 15N, oraz zgodne z normą EN 374 -1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 rękawic chirurgicznych bezlateksowych w kolorze zielonym oraz zgodnych z normą EN 374 -1 (z wył. pkt 5.3.2) – 2- 3, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

#### **Wyjaśnienia**

Zgodnie z SIWZ.

SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYŃNIE  
prowadzony przez  
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**

*Janusz Kasza*